



Aclaratoria No.01 al proceso de Licitación EPP RFQ-2021-026 “Adquisición de Emergencia de Suministro de Consumibles de Imaginología para Equipo Portatil de Rayos X para MINSA-Nicaragua” en el marco del Proyecto de Adquisición de Insumos Médicos y Operacionales para el Gobierno de Nicaragua (Proyecto UNOPS 22814)

Fecha de publicación: 31 de agosto de 2021

En relación al “Adquisición de Emergencia de Suministro de Consumibles de Imagenología para Equipo Portátil de Rayos X para el MINSA - Nicaragua”, con número de referencia EPP RFQ-2021-026, nos permitimos hacerles llegar las siguientes aclaratorias:

CONSULTA No.1
<u>Lote 1</u> <u>sub lote 1</u>
Item 1 Confirmar si el No. parte que aparece en la tarjeta del equipo es A3024-21-M?, ya que según el fabricante para los equipos móviles, el No. parte es SAT-A3024-121.
UNOPS- RESPUESTA No.1
Si el fabricante expresa que para estos equipos móviles el No. de parte correcto es SAT-A3024-121, el oferente debe de garantizar la compatibilidad con el sistema, ya que, por esa razón se brindó información de marca y modelo de equipos, adicionalmente, debe de presentar documentación técnica, donde se pueda constatar la compatibilidad del bien ofertado con el equipo en mención.
CONSULTA No.2
Item 3 Según el fabricante, se realizó actualización de este ítem por el kit "Upgrade adaptation", el cual incluye 30 baterías de 15 A/h, 12V, montadas en una bandeja. Por tanto, se solicita amablemente modificar el ítem de la siguiente manera: 1 kit de 30 baterías 12v/15Amp/horas

UNOPS- RESPUESTA No.2

El oferente puede presentar oferta del Kit, el cual cumple con lo solicitado que son 30 baterías de 15a/h, 12v, que en la práctica es lo mismo.

CONSULTA No.3

Lote 1
sub lote 2

Item 1

Confirmar si el No. parte que aparece en la tarjeta del equipo es A3024-21-M?, ya que según el fabricante para los equipos móviles, el No. parte es SAT-A3024-121

UNOPS- RESPUESTA No.3

Si el fabricante expresa que para estos equipos móviles el No. de parte correcto es SAT-A3024-121, el oferente debe de garantizar la compatibilidad con el sistema, ya que, por esa razón se brindó información de marca y modelo de equipos, adicionalmente, debe de presentar documentación técnica, donde se pueda constatar la compatibilidad del bien ofertado con el equipo en mención.

CONSULTA No.4**Item 3**

Según el fabricante, se realizó actualización de este ítem por el kit "Upgrade adaptation", el cual incluye 30 baterías de 15 A/h, 12V, montadas en una bandeja. Por tanto, se solicita amablemente modificar el ítem de la siguiente manera: 1 kit de 30 baterías 12v/15Amp/horas

UNOPS- RESPUESTA No.4

El oferente puede presentar oferta del Kit, el cual cumple con lo solicitado que son 30 baterías de 15a/h, 12v, que en la práctica es lo mismo.

___FIN___