

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES

Adquisición de Ambulancias, Incluyendo Equipamiento Médico y de Comunicación

Nombre del País: **Nicaragua.**

Nombre del Proyecto: **Fortalecimiento del Sistema de la Salud Pública.**

Donación N°: **D02720**

Referencia No.: **PFSSP-1-LPI-B-LPI-BM-D0720-01-07-2015**

El Gobierno de la República de Nicaragua ha recibido una Donación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/de la Asociación Internacional de Fomento para financiar el costo del Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública, y se propone utilizar parte de los fondos de esta donación para la Adquisición de Ambulancias, Incluyendo Equipamiento Médico y de Comunicación.

Los bienes comprenden: *176 ambulancias: A continuación se detalla una breve descripción de las especificaciones técnicas.*

a) Especificaciones Técnicas del Vehículo.

1.- Tipo del Vehículo: *Station Wagon y/o Todo Terreno año 2016 (mínimo)*

2.- Motor: *Diesel.*

3.- Transmisión: *Mecánica, 5 Velocidades y retroceso.*

4.- Tracción: *Doble 4 x 4.*

5.- Dirección: *Timón Hidráulico. Ubicado en lado izquierdo de la cabina.*

6.- Capacidad de tanque: *Mínimo 24 galones.*


7.- Capacidad de carga: *Mínima 3.000 Kg*

b) Especificaciones Técnicas del Equipo Médico:

1.- Camilla Principal: *La camilla debe soportar 180 Kg como mínimo.*

2.- Ruedas Omnidireccionales: *Mínimo cuatro (04) ruedas, mínimo cuatro pulgadas de diámetro, poseer sistema de frenos en al menos dos ruedas.*

3.- Banco para Paramédico y Acompañante:



- 4.- División (Separación) Cabina/Paciente.
- 5.- Gabinete para colocar equipos y materiales:
- 6.- Piso de la Ambulancia: Material, Base de madera fenólica de pino de 12 mm, forrada de material poliflor o gerflor.
- 7.- Sistema Central de Suministro de Oxígeno.
- 8.- Soporte de techo o pared para líquidos.

Especificaciones Técnicas Equipo de Comunicación:


- 1.- Transmisor Móvil, con sus accesorios de montaje.
- 2.- Capacidad de canal 64, Frecuencias 136-174 MHz.
- 3.- Banda: VHF.
- 4.- Potencia:
Baja: 01 - 25 Watts.
Alta: 25 - 45 Watts.
- 5.- Digital y Análogo.
- 6.- Antena Móvil de 03dB.

El Ministerio de Salud invita a los posibles oferentes elegibles a expresar su interés. Los interesados deberán proporcionar información que indique que están cualificados para suministrar los bienes, respondiendo claramente lo siguiente:

- (i) Volumen de facturación anual en cada uno de los últimos 5 años
- (ii) Cantidad de ambulancias entregadas en cada uno de los últimos 5 años.
- (iii) Capacidad de transformación en (cantidad de ambulancias por semana).
- (iv) En cuanto tiempo entregarían la cantidad de 176 ambulancias

Este proceso de adquisición estará regido por las Normas del Banco Mundial titulado: Adquisición de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría por Prestatarios del BIRF, Créditos del la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, enero 2011, revisadas julio 2014. Deberán registrarse a los numerales 1.6 y 1.7 que establecen las políticas del Banco en materia de conflicto de interés.

Los posibles oferentes se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones y cumplir con el contrato.



Los interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta licitación, durante horas hábiles de 8:00 a .m. a 4:00 p.m. Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación (personalmente, por correo, por fax, o por correo electrónico), a más tardar el día **jueves once (11) de febrero del año 2016 a las 11:00 a.m.**

Nombre de la oficina: División General de Adquisiciones.

Atn: Lic. Tania Isabel García González, Directora General de Adquisiciones.

Dirección: Ministerio de Salud, Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios, costado oeste Colonia Primero de Mayo]

Tel: 505-2289-4700 Ext. 1438

Correo electrónico: adquisiciones@minsa.gob.ni; adquisiciones19@minsa.gob.ni

